Testi i përshtatjes për AirGuard Pro AG360

Kontrolli i mbylljes në fytyrë për gjysmëmaska, maska të plota dhe maska njëpërdorimshe: si të verifikoni në vendin e punës që një maskë mbyllet vërtet hermetikisht në fytyrën e mbajtësit. Me një fletë protokolli për dosjet tuaja.

> **E rëndësishme.** Ky udhëzues nuk i zëvendëson udhëzimet e përdorimit të maskës dhe as udhëzimet e setit të testimit që përdorni. Nëse dhe sa shpesh kryhet një test përshtatjeje në vendin tuaj, caktohet në vlerësimin e rrezikut, së bashku me specialistin tuaj të sigurisë në punë dhe mjekun e punës, në përputhje me rregullat kombëtare që zbatohen për ju.

1. Pse një test përshtatjeje?

Një respirator që ngjitet fort pas fytyrës mbron vetëm nëse mbyllet hermetikisht. Nëse ajri depërton pranë skajit, ajri i pafiltruar arrin në rrugët e frymëmarrjes, edhe me një filtër të përsosur. Prandaj udhëzimet e përdorimit të maskave AirGuard Pro kërkojnë një kontroll të mbylljes para çdo përdorimi dhe një test përshtatjeje.

Kontrolli	Çfarë kontrollohet?	Kur?
Kontrolli i mbylljes (kontroll i mbylljes nga mbajtësi)	Vetëkontroll i shpejtë nga mbajtësi: a mbyllet maska tani? Nuk kontrollon nëse modeli i përshtatet fytyrës, vetëm përshtatjen aktuale.	Sa herë që vendoset maska
Testi i përshtatjes	Kontroll sistematik, me ushtrime, nëse modeli dhe madhësia i përshtaten fytyrës së personit. Këtu: test cilësor me agjent të hidhur.	Në dhënien e parë, me një model ose madhësi të re, pas ndryshimeve në fytyrë

2. Kërkesat

- **Fytyra:** pa mjekër, baseta ose shenja të thella plagësh në zonën e mbylljes. Një person që nuk është i rruar pastër nuk mund të testohet.
- **Maska:** modeli që do të mbahet në punë, në një madhësi të përshtatshme. Mbani çdo pajisje tjetër mbrojtëse që mund ta ndikojë përshtatjen (syze mbrojtëse, helmetë, mbrojtje e dëgjimit).
- **Filtrat gjatë testit:** montoni filtra grimcash të klasës P3, që agjenti i hidhur të mos hyjë përmes filtrit: gjysmëmaskë AG360 / AG360W me AGP3R1 ose AGP3R2, maskë e plotë AG700 me AGP3R1, AGP3R2 ose AGP3R. Maskat njëpërdorimshe FFP2 dhe FFP3 testohen ashtu siç janë, pa filtër shtesë. Vetëm filtra gazi nuk janë të përshtatshëm për testin.
- **Seti:** një set për testin cilësor me agjent të hidhur, me kapuç, jakë kapuçi, dy spërkatës dhe dy tretësira testimi (tretësira e ndjeshmërisë dhe tretësira e testit të përshtatjes). Para testit, tregojini personit se çfarë përmban tretësira (ujë, kripë, agjent i hidhur). Mund të na pyesni për një set përmes *kërkesës për kështillim* në airguardpro.eu.
- **Esëll:** 15 minuta para testit: pa ngrënë, pa pirë (përveç ujit), pa përtypur (përfshirë çamçakëzin).

3. Hapi 1: kontrolli i mbylljes sa herë që vendoset maska

Gjysmëmaskë AG360 / AG360W dhe maskë e plotë AG700

1. Vendoseni maskën siç përshkruhet në udhëzimet e përdorimit dhe shtrëngoni rripat.
2. Mbuloni valvulën e nxjerrjes në qendër me të dyja pëllëmbët dhe nxirrni frymë ngadalë.
3. Nëse ajri del në skaj, vendoseni maskën sërish dhe shtrëngoni rripat. Përsëriteni derisa maska të mbyllet hermetikisht.

Maska njëpërdorimshe FFP1 deri në FFP3

1. Shtypeni kapësen e hundës saktësisht mbi hundë dhe shtrëngojeni lehtë derisa maska të përshtatet.
2. Mbuloni maskën me të dyja duart dhe nxirrni frymë fort.
3. Nëse ajri del te hunda, shtypeni më fort kapësen; përndryshe zhvendosni ose shkurtoni brezat elastikë.

4. Hapi 2: testi i përshtatjes me agjent të hidhur (cilësor)

A. Testi i ndjeshmërisë (pa maskë)

Ky test përcakton nëse personi mund ta shijojë fare agjentin e hidhur. Pa të, testi i përshtatjes nuk ka kuptim.

1. Personi mban vetëm kapuçin, pa maskë. Mbani rreth 10 cm mes fytyrës dhe dritares së kapuçit.
2. Merr frymë përmes gojës pak të hapur, me gjuhën pak të nxjerrë.
3. Testuesi spërkat tretësirën e ndjeshmërisë në kapuç dhjetë herë (spërkatësi drejt, balona poshtë, shtrëngoni balonën plotësisht dhe lëshojeni plotësisht çdo herë).
4. Nëse personi ndien shije të hidhur, ngre një dorë: testi përfundon, pragu është **10**. Nëse jo, edhe dhjetë spërkatje (pragu **20**), pastaj edhe dhjetë (pragu **30**).
5. Nëse pas 30 spërkatjesh nuk ndihet asgjë, personi nuk është i ndjeshëm: zgjidhni një metodë tjetër testimi.
6. Hiqni kapuçin dhe pini ujë derisa shija të zhduket.

B. Testi i përshtatjes (me maskë)

1. Vendosni maskën me filtër P3 dhe kryeni kontrollin e mbylljes (hapi 1). Mbani çdo pajisje tjetër mbrojtëse të nevojshme për punën.
2. Vendosni kapuçin. Personi merr frymë përmes gojës pak të hapur, me gjuhën pak të nxjerrë.
3. Spërkatni tretësirën e testit të përshtatjes po aq herë sa në testin e ndjeshmërisë (10, 20 ose 30 spërkatje, të paktën 10).
4. Çdo 30 sekonda spërkatni përsëri gjysmën e numrit fillestar, që përqendrimi në kapuç të mbetet konstant.
5. Pas spërkatjes, personi kryen shtatë ushtrime me **60 sekonda** secili:

No.	Ushtrimi	How
1	Frymëmarrje normale	Në këmbë, frymëmarrje normale, pa folur
2	Frymëmarrje e thellë	Në këmbë, frymëmarrje e thellë dhe e ngadaltë, mos nxirrni frymë tepër
3	Kthimi i kokës	Ktheni kokën ngadalë deri në një kufi, pastaj në tjetrin; thithni frymë në çdo kufi
4	Lëvizni kokën lart e poshtë	Uleni kokën ngadalë, pastaj ngrijeni; thithni frymë në pozicionin e ngritur
5	Të folurit	Lexoni me zë një pjesë teksti, me zë të lartë dhe ngadalë
6	Përkulja	Prekni këmbët me të dyja duart, ose vraponi në vend
7	Frymëmarrje normale	Në këmbë, frymëmarrje normale, pa folur

C. Vlerësimi

- **Shije e hidhur në çdo moment** (dora e ngritur): dështim. Ndalojeni testin, personi pret 15 minuta dhe e përsërit testin e ndjeshmërisë.
- Personi e rregullon maskën dhe testi përsëritet. Nëse ndihet përsëri shije e hidhur, personi ka nevojë për një model, madhësi ose konstruksion tjetër.
- **Asnjë shije e hidhur gjatë të gjitha ushtrimeve:** kaluar. Maska mbyllet hermetikisht për këtë person. Regjistrojeni.

5. Përsëritja, pastrimi, ruajtja

- **Përsëriteni** për një model ose madhësi të re maske, pas ndryshimeve në fytyrë (ndryshim i dukshëm i peshës, punime dentare, shenja plagësh, operacion) dhe në intervalin e caktuar në vlerësimin e rrezikut.
- **Seti:** pas çdo testi ose pas 4 orësh përdorimi, hidheni tretësirën nga spërkatësit, asnjëherë përsëri në shishen e furnizimit. Shpëlajini spërkatësit me ujë të ngrohtë dhe lërini të thahen në ajër. Fshijeni pjesën e brendshme të kapuçit me një leckë të njomur.
- **Maska:** pastrojeni dhe dezinfektojeni pas testit siç përshkruhet në udhëzimet e përdorimit (ujë i ngrohtë deri në 50 °C, detergjent neutral, furçë e butë). Mos ia kaloni dikujt tjetër të papastruar.
- **Tretësirat:** ruajini në vend të freskët dhe të thatë (−20 deri në +30 °C, lagështia nën 80 %), larg dritës së diellit dhe të paarritshme për fëmijët. Mos përdorni tretësirë të ndryshuar në ngjyrë ose të ndotur. Kristalet treten në banjë uji të ngrohtë ose duke e tundur fort.

6. Burimet

- Udhëzimet e përdorimit të maskave AirGuard Pro AG360 / AG360W, AG700 dhe të maskave njëpërdorimshe 6100, 6201, 6203, 6311, 6311C, 6312.
- Rregulli DGUV 112-190 "Përdorimi i pajisjeve mbrojtëse të frymëmarrjes" (Gjermani, nëntor 2021).
- Procedura e testit cilësor me agjent të hidhur sipas udhëzimeve të setit të testimit. Metodat e testit të përshtatjes përshkruhen ndërkombëtarisht në ISO 16975-3.

AirGuard Pro është markë e DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH · Deutz-Mülheimer-Str. 121 · 51063 Këln, Gjermani · info@dssafetywear.de · airguardpro.eu

Protokolli i testit të përshtatjes

Test cilësor me agjent të hidhur. Një protokoll për çdo person të testuar, ruajeni në dosjet tuaja.

DATE

COMPANY / DEPARTMENT

NAME OF PERSON TESTED

TESTER

Maska (artikulli)	■ **AG360** ■ **AG360W**
Madhësia / konstruksioni	
Filtri gjatë testit	☐ AGP3R1 ☐ AGP3R2
Pajisje të tjera mbrojtëse të mbajtura	☐ syze mbrojtëse ☐ helmetë ☐ mbrojtje e dëgjimit ☐ asnjë
Fytyra pa mjekër / baseta	☐ po ☐ jo (testi nuk është i mundur)
15 minuta esëll	☐ po
Kontrolli i mbylljes i suksesshëm	☐ po ☐ jo
Testi i ndjeshmërisë	Pragu: ☐ 10 ☐ 20 ☐ 30 ☐ i pandjeshëm (përdorni metodë tjetër)

No.	Ushtrimi (60 s secili)	kaluar	u ndje shije e hidhur
1	Frymëmarrje normale	☐	☐
2	Frymëmarrje e thellë	☐	☐
3	Ktheni kokën majtas e djathtas	☐	☐
4	Lëvizni kokën lart e poshtë	☐	☐
5	Të folurit (lexim me zë)	☐	☐
6	Përkulje ose vrapim në vend	☐	☐
7	Frymëmarrje normale	☐	☐

Rezultati	☐ **kaluar** (maska dhe madhësia të përshtatshme) ☐ **dështuar** (provoni model, madhësi ose konstruksion tjetër)
Ritestimi	Përpjekja e dytë pas rregullimit: ☐ po ☐ jo Rezultati: _____
Afati i testit të ardhshëm të përshtatjes	më _____ (sipas vlerësimit të rrezikut)
Shënime	

NËNSHKRIMI I PERSONIT TË TESTUAR

NËNSHKRIMI I TESTUESIT